



BIOS DIAGNOSTICA IND. E COM. DE PRODS. BIOLÓGICOS LTDA - ME
CNPJ: 06.074.511/0001-34 IE: 669.525.153.110
Rua Leão Brasil, 243 - Vila Fiori - Sorocaba, SP - 18075-083
Telefone: (15) 3233-3800 E-mail: contato@clot.com.br

Produto CONTROL CLOT NÍVEL 1 NORMAL
Equip. COAGULÔMETRO SEMI AUTOMÁTICO CLOTIMER LASER SENSOR / UNO / DUO
Lote 6.21.265 **Fabricado** 25/01/2021 **Validade** 24/01/2024

Certificado de Análises

Especificações de Controle de Qualidade	Especificação	Resultado
Aparência reconstituída	Solução amarelada levemente turva livre de partículas	Conforme
TP CLOT	10,0 - 16,0 segundos	13,5 segundos
TTPA CLOT	23,0 - 38,0 segundos	31,5 segundos

Assinado por


Controlé de Qualidade

segunda-feira, 6 de setembro de 2021

Conformidade de especificações

Os valores atuais são influenciados pelo método de detecção de coagulação e podem variar de laboratório para laboratório. Marca e tipo de instrumento, proficiência do operador, reagentes usados e condições específicas de laboratório irão influenciar os resultados. Cada laboratório deverá calibrar seu equipamento e estabelecer parâmetros de referência para controle e um intervalo normal utilizando indivíduos representantes da população do paciente.